1 SU QUESTA GUIDA RAPIDA

„Questa guida rapida non deve essere utilizzata come sostituto del manuale dell'utente. È necessario leggere l'intero manuale dell'utente prima di utilizzare il dispositivo! Alcune delle funzioni seguenti possono variare in base alle impostazioni.

2 DISPLAY E PANNELLO DI CONTROLLO



Gruppo di parole TEST PILOTA

Pausa

Display

Audiometria tonale

Confermare

Livello in dB Audiometro

Frequenza Audiometro

Interruttore/ Emmettitore di suoni

Avviare/ Fermare

Indietro

Avanti

Orecchio sinistro/ destro

Menu

Livello in dB Audiometro

3 BREVE DESCRIZIONE DEI TASTI DI FUNZIONE

Gruppo		*TEST PILOTA:*
		• Selezione dei gruppi di parole
		• Gruppo 1-4 = TEST PILOTA, Gruppo 0 = Allenamento a 70 dB
		• Premere a lungo -> Menu dati
		  • Cancellare I risultati: tasto ENTER
		  • Indietro: qualsiasi altro tasto

Pausa		• *TEST PILOTA: interrompere/continuare*
Display		• *TEST PILOTA*: Visualizzazione dell' imagine della parola, del livello di volume in dB, dell' orecchio D o S, del gruppo di parole (0-4) • *Audiometria tonale*: Visualizzazione dell' audiogramma/della tabella, del livello sonoro, dell' orecchio, del tipo di tono, del segnale di risposta e della modalitàm del tono.

Audio-metro		*Audiometria tonale:*
		• Avviare
		• Premere a lungo -> Menu dati
		  • Cancellare I risultati: tasto ENTER
		  • Indietro: qualsiasi altro tasto

Enter		• *Audiometria tonale/TEST PILOTA*: Salvattaggio dei risultati
Volume		• *Audiometria tonale*: Selezione di un livello di volume più alto/più basso
Frequenza		• *Audiometria tonale*: Selezione di una frequenza più alta/più bassa
Tono		• *Audiometria tonale*: Interruttore o generatore di suoni (impostabile nel menu utente)
Menu		• Menu utente
S / D		• *Audiometria tonale/TEST PILOTA*: Selezione dell' orecchio sinistro (S) o destro (D).
Avanti		• *TEST PILOTA*: Parola successiva • *Audiometria tonale*: Il tono del polso attivo
Indietro		• *TEST PILOTA*: Ripetere l'ultima parola • Audiometria tonale: Tono del polso disattivato
Avvio/ Fermare		• *TEST PILOTA*: Avvio/Fermare

Per ulteriori informazioni, contattare il vostro rivenditoren locale o la MAICO Diagnostics GmbH, Sickingenstr. 70-71, 10553Berlin, Deutschland
Tel.:+49 30 70 71 46-50 • Fax: +49 30 70 71 46-99 •E-Mail:sales@maico.biz • Internet: www.maico.biz